



**Koagulase-negative stafylokokker,  
Staphylococcus non-aureus,  
"Staphylococcus albus"**

Nr.: 3.1.2.

Bilag:

Dato: Maj 1999

Minimumskriterier:

**Vokser i atmosfærisk luft med typiske kolonier**

**Antibiotika resistensmønster foreneligt med gruppe**

**Clumping factor- eller koagulase- eller Latex-kit-reaktion: negativ**

Diagnostiske tests:

Gram-positive kokker i hobe

**Vokser i atmosfærisk luft med typiske kolonier**

**Antibiotika resistensmønster foreneligt med gruppe (in-  
klusiv "stor" polymyxin zone)**

**Clumping factor** negativ

**Latex kit** negativ

**Koagulase-test** negativ  
(hest- eller kanin-  
citrat-plasma)

Katalase positiv

Supplerende undersøgelser:

Thermostabil DNase negativ

Furazolidon-følsom (modsat *Micrococcus*)

Ikke adhærerende pladevækst, ikke kapsel ved tuschpræ-  
parat (modsat *Stomatococcus*)

Bemærkninger:

Novobiocin følsomhed og fogæringsreaktioner variable efter  
art